



Centro n° 025:

ETTORE CELLA S.p.A.

Viale De Gasperi, 48

20010 S. MARTINO DI BAREGGIO (MI) - ITALIA

Telefono +39 02 90 36 11 46 - 90 36 12 41

Telefax +39 02 90 36 13 31

E-mail cella@ecellaspa.com

URL ecellaspa.com

-

-

Responsabile:

ing. Alessandro Brunati

Sostituto:

p.i. Mauro Tormene

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Pressione	Bilance di pressione in condizione relativa	da 0,1 MPa a 5 MPa	$7 \cdot 10^{-5}$	
	- in mezzo gassoso	da 5 MPa a 20 MPa	$7 \cdot 10^{-5}$	
	- in mezzo liquido	da 0,2 MPa a 10 MPa	$6 \cdot 10^{-5}$	
		da 2 MPa a 100 MPa	$7 \cdot 10^{-5}$	
Manometri a indice, trasduttori e trasmettitori di pressione in genere:	- in mezzo liquido press. rel.	da 0 MPa a 100 MPa	$2 \cdot 10^{-4}$	
	- in mezzo gassoso press. rel.	da 100 MPa a 400 MPa	$3 \cdot 10^{-4}$	
		da -100 kPa a 0 kPa	$5 \cdot 10^{-4}$	
		da 0 MPa a 20 MPa	$1 \cdot 10^{-4}$	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.