

Centro n° 041:

S M s.r.l.

Via Brandizzo, 182

10088 VOLPIANO (TO) - ITALIA

**Telefono** +39 011 99 53 753

**Telefax** +39 011 99 53 754

**E-mail** smsede@tin.it

**URL**

-

-

Responsabile:

dott. Aldo Deiro

Sostituto:

ing. Alessandro Deiro

Tabella allegata al Certificato: **041 rev. 07**

Responsabile: **dott. Aldo DEIRO**  
Sostituto: **ing. Alessandro DEIRO**  
Settori accreditati: **1**

Laboratorio permanente

**TABELLA DI ACCREDITAMENTO**

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Lunghezza (1)	Campioni di rugosità - Ra, Rq - Rz	da 0,008 $\mu\text{m}$ a 400 $\mu\text{m}$	5 %	Incertezza (**) > 10 nm 20 nm 10 nm
		da 0,025 $\mu\text{m}$ a 1600 $\mu\text{m}$	8 %	
	Campioni a solco -d	da 0,050 $\mu\text{m}$ a 100 $\mu\text{m}$	4 %	

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

(\*\*) Valore minimo incertezza

Il Direttore di Dipartimento