



Centro n° 059:

ATLAS COPCO BLM s.r.l.

Via Pepe, 11

20037 PADERNO DUGNANO (MI) - ITALIA

Telefono +39 02 910 84 159

Telefax +39 02 910 82 713

E-mail ovidio.scarpulla@it.atlascopco.com;info.blm@it.atlascopco.com

URL <http://www.atlascopco.com>

-

-

Responsabile:

sig. Ovidio Scarpulla

Sostituto:

p.i. Roberto Palma

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Momento torcente (3)	Chiavi dinamometriche e giraviti a lettura diretta	da 0,1 Nm a 2 Nm da 2 Nm a 2000 Nm	0,1 % 0,05 %	
	Chiavi dinamometriche e giraviti a scatto	da 0,1 Nm a 2000 Nm	0,5 %	
	Torsiometri	da 0,1 Nm a 2 Nm da 2 Nm a 5 Nm da 5 Nm a 2000 Nm da 2000 Nm a 100000 Nm	0,1 % 0,05 % 0,01 % 0,2 %	
	Bilance torsionometriche	da 0,5 Nm a 5 Nm da 5 Nm a 1400 Nm	0,1 % 0,05 %	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Momento torcente	Torsiometri	da 2 Nm a 500 Nm	0,2 %	①

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① Con campana torsionometrica.