



Centro n° 079:

TAMBURINI s.r.l.

Via G. Pastore, 6

25080 MAZZANO (BS) - ITALIA

Telefono +39 030 27 91 033

Telefax +39 030 25 94 494

E-mail sitn79@tamburinigroup.it

URL <http://www.tamburinigroup.it>

-

-

Responsabile:

p.i. Roberto Sangaletti

Sostituto:

p.i. Giacomo Chiarini

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Lunghezza (2)	Anelli cilindrici lisci	da 6 mm a 300 mm	$0,4 \mu\text{m} + 1,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$	①
	Tamponi cilindrici lisci	fino a 300 mm	$0,4 \mu\text{m} + 1,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$	
	Anelli cilindrici filettati	da 10 mm a 100 mm	$2,5 \mu\text{m}$	②④
	Anelli cilindrici filettati	da 10 mm a 100 mm	$4,0 \mu\text{m}$	③④
	Tamponi cilindrici filettati	fino a 100 mm	$2,5 \mu\text{m}$	②④
	Tamponi cilindrici filettati	fino a 100 mm	$4,0 \mu\text{m}$	③④

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%.

- ① Si indica con L il valore numerico della lunghezza nominale espressa in micrometri.
- ② con angolo 55° e 60° , passo da 0,5 a 6 mm e filetti da 48 a 4 per pollice
- ③ con angolo 29° e 30° , passo da 0,5 a 6 mm e filetti da 48 a 4 per pollice
- ④ Diametro medio calcolato dal diametro misurato assumendo i valori nominali del passo e dell'angolo della filettatura (simple pitch diameter rif. EURAMET/cg-10/v.01)