

Centro n° 084:

MARPOSS S.p.A. a socio unico

Via Saliceto, 13

40010 BENTIVOGLIO (BO) - ITALIA

**Telefono** +39 051 899 236

**Telefax** +39 051 899 525

**E-mail** gianluca.soffritti@marposs.com

**URL** <http://www.marposs.com>

-

-

Responsabile:

ing. Gianluca Soffritti

Sostituto:

p.i. Lorenzo Natali

Tabella allegata al Certificato: **084 rev. 09**

Responsabile: **ing. Gianluca SOFFRITTI**  
Sostituti: **p.i. Lorenzo NATALI**

Settori accreditati: **1**

Laboratorio permanente

**TABELLA DI ACCREDITAMENTO**

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Risoluzione	Incertezza (*)	Note
Lunghezza (1)	Campioni diametrali: cilindri interni	da 9 mm a 150 mm		$0,4 \mu\text{m} + 0,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$	①
	Campioni diametrali: cilindri esterni	fino a 150 mm		$0,4 \mu\text{m} + 0,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$	

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① Si indica con *L* la lunghezza nominale espressa in micrometri.

Il Direttore di Dipartimento