

Centro n° 087:

AMETEK s.r.l. - Divisione Taylor Hobson

Via De'Barzi

20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - ITALIA

Telefono +39 02 94 69 34 07

Telefax +39 02 94 69 34 50

E-mail luca.pozzi@ametek.it

URL

-

-

Responsabile:

sig. Luca Pozzi

Sostituto:

ing. Mirco Pugliese

Tabella allegata al Certificato: **087 rev. 09**

Responsabile: **sig. Luca POZZI**
Sostituto: **ing. Mirco PUGLIESE**
Settori accreditati: **1**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Lunghezza (1)	Campioni di rugosità -Ra -Rz -d -RSm	da 0,008 μm a 400 μm da 0,025 μm a 1600 μm da 0,050 μm a 100 μm da 20 μm a 1000 μm	5 % 8 % 4 % 1 %	Incertezza (**) > 10 nm 20 nm 10 nm 0,5 μm

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

(**) Valore minimo di incertezza.

Il Direttore di Dipartimento