



Centro n° 091:

LBG s.r.l.

Via Petrarca, 5

24052 AZZANO S. PAOLO (BG) - ITALIA

Telefono +39 035 53 67 62

Telefax +39 035 53 60 49

E-mail servizi@lbgsl.com

URL <http://www.lbgsl.com>

-

-

Responsabile:

sig. Pierpaolo Bassani

Sostituto:

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Forza	Macchine prova materiali - compressione	da 20 N a 1 MN da 1 MN a 3 MN	Classe 0,5 Classe 1 Norme UNI EN ISO 7500-1 Classe 1 UNI EN 12390-4 BS 1610/1	①
	- trazione	da 20 N a 600 kN	Classe 0,5 Norma UNI EN ISO 7500-1	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① Esclusa la taratura con flessiometro.