

Centro n° 092\_UOD\_UK:

CONTROLS HOUSE (Unità operativa distaccata di CONTROLS s.r.l. Milano ITALY)

Icknield Way

TRING HERTFORDSHIRE HP23 4JX - UNITED KINGDOM

**Telefono** +44 1442 828 311

**Telefax** +44 1442 828 466

**E-mail** sales@controlstesting.co.uk

**URL** <http://www.controlstesting.co.uk>

-

-

Responsabile:

ing. Pier Luigi Raviolo

Sostituto:

ing. David Peter Rolfe

Tabella allegata al Certificato: **092\_UOD\_UK rev. 07**

Responsabile: **ing. Pier Luigi RAVIOLO**

Sostituto: **ing. David Peter ROLFE**

Settori accreditati: **1**

Tarature esterne

**TABELLA DI ACCREDITAMENTO**

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Forza (1)	Macchine prova materiali - compressione	da 100 N a 1 MN da 1 MN a 5 MN	Classe 0,5 Classe 1 Norma UNI EN ISO 7500-1 Classe 1 UNI EN 12390-4	
	Macchine prova materiali con flessiometro - compressione	200 kN 2 MN	UNI EN 12390-4 BS 1881/115	

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Il Direttore di Dipartimento