

Centro n° 106:

D.MARCHIORI s.r.l.

Via Pontina, Km. 43,856

04011 APRILIA (LT) - ITALIA

Telefono +39 06 92 70 30 73 - 92 82 733

Telefax +39 06 92 75 401

E-mail d.marchiori@mclink.it;p.persichetti@d-marchiori.it

URL www.dma-aero.com

-

-

Responsabile:

ing. Carlo Marchiori

Sostituto:

ing. Renato Ciulla

Tabella allegata al Certificato: **106 rev. 04**

Responsabile: **ing. Carlo MARCHIORI**

Sostituto: **ing. Renato CIULLA**

Settori accreditati: **1**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Pressione (1)	Trasduttori secondari di pressione in mezzo gassoso ed in condizione assoluta	da 1,4 kPa a 20 kPa da 20 kPa a 172 kPa	$0,01 \cdot 10^{-2} p + 2,8 \text{ Pa}$ $0,01 \cdot 10^{-2} p$	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Il Direttore di Dipartimento