



Centro n° 111:

CENTROTECNICA s.r.l.

Via N. Sauro, 1

20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - ITALIA

Telefono +39 02 55 30 58 88

Telefax +39 02 55 30 59 16

E-mail info@ctecnica.it

URL <http://www.ctecnica.it>

-

-

Responsabile:

ing. Andrea Cambiaghi

Sostituto:

ing. Barbara Gabella

Laboratorio Permanente e Tarature Esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamma di frequenza	Incertezza (*)	Note
Accelerazione (1)	Catena accelerometrica e trasduttore a singola faccia	da 5 m·s ⁻² a 50 m·s ⁻²	da 10 Hz a 2000 Hz	5·10 ⁻²	①
			da 10 Hz a 5000 Hz	5·10 ⁻²	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① In questo campo di frequenza si possono effettuare tarature utilizzando come sistema di fissaggio un biadesivo.