



Centro n° 142:

S.D.M. Measuring Instruments s.n.c. di Landucci & C.

Via Palasciano, 29

59100 PRATO (PO) - ITALIA

Telefono +39 0574 66 92 08
Telefax +39 0574 81 68 91
E-mail centrosit142@sdm-measuring.it
URL <http://www.sdm-measuring.it>

-

-

Responsabile:

p.i. Simone Landucci

Sostituto:

sig. Marco Pierozzi

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

| Grandezza | Strumento in taratura | Campo di misura | Incertezza (*) | Note |
|-----------|--|--|---|---|
| Lunghezza | Anelli cilindrici lisci | da 14 mm a 65 mm da 65,1 mm a 100 mm | 0,8 μm 1,0 μm | |
| | Tamponi cilindrici lisci | fino a 44,5 mm da 44,6 mm a 73 mm da 74 mm a 100 mm | 0,7 μm 0,8 μm 1,0 μm | |
| | Campioni di rugosità -Ra -Rz -RSm | da 0,02 μm a 500 μm da 0,05 μm a 1000 μm da 10 μm a 100 μm | 5 % 8 % 2 % | Incertezza (**)> 10 nm 20 nm 0,5 μm |
| | Campioni a solco - d | da 0,2 μm a 500 μm | 3 % | 10 nm |

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

(**) Valore minimo incertezza