



Centro n° 145:

PRORE s.r.l.

Via Mac Mahon, 38

20155 MILANO (MI) - ITALIA

Telefono +39 02 33 60 84 81

Telefax +39 02 70 05 58 126

E-mail info@prore.it

URL <http://www.prore.it>

-

-

Responsabile:

dott. Marco Corradini

Sostituto:

dott.ssa Chiara Corradini

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Momento torcente (2)	Banchi torsionometrici	da 2 Nm a 100 Nm da 20 Nm a 1000 Nm	0,5 % 1 %	
	Chiavi dinamometriche e giravite a scatto	da 0,2 Nm a 1000 Nm	1 %	
	Chiavi dinamometriche e giravite a lettura diretta	da 0,2 Nm a 1000 Nm	1 %	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.