



Centro n° 148:

Laboratorio Metrologico "Rinaldo Olivero"

c/o BALMAS di OLIVERO G. Corso Toscana, 19

10078 VENARIA REALE (TO) - ITALIA

Telefono +39 011 455 35 96 - 455 28 52

Telefax +39 011 455 29 43

E-mail magnotta@balmas.com

URL <http://www.balmas.com>

-

-

Responsabile:

sig. Maurizio Magnotta

Sostituto:

dott. Nicola Cimarosti

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*) (**)	Note
Massa (1)	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	da 1 g a 10 g	$1,2 \cdot 10^{-6}$	
		da 11 g a 100 g	$5,2 \cdot 10^{-7}$	
		da 101 g a 1 kg	$2,5 \cdot 10^{-7}$	
		da 1,1 kg a 20 kg	$2,5 \cdot 10^{-7}$	
		da 21 kg a 60 kg	$4,0 \cdot 10^{-7}$	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95% (ottenuta, nel caso di distribuzione normale e di elevato numero di gradi di libertà, moltiplicando per due l'incertezza tipo).

(**) All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a 0,29 *uf* (unità di formato).