

Centro n° 151:

AQM s.r.l.

Via Edison, 18

25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA

Telefono +39 030 92 91 711

Telefax +39 030 92 91 777

E-mail labmetrologia@aqm.it - arrigobertani@aqm.it

URL <http://www.aqm.it>

-

-

Responsabile:

dott. Arrigo Bertani

Sostituto:

Tabella allegata al Certificato: **151 rev. 05**

Responsabile: **dott. Arrigo BERTANI**
Sostituto: **temporaneamente vacante**
Settori accreditati: **4**

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Forza (2)	Macchine prova materiali -a compressione	da 10 N a 1 MN	Classe 0,5 Norma UNI EN ISO 7500-1 Norma ASTM E4	
	- a trazione	da 10 N a 1 MN	Classe 0,5 Norma UNI EN ISO 7500-1 Norma ASTM E4	
	Pendoli di resilienza Charpy	da 10 J a 450 J	Norma UNI-EN ISO 148-2 (Metodo diretto e indiretto) Norma ASTM E23 (Metodo diretto e indiretto)	
Deformazione (1)	Estensimetri	base da 10 mm a 200 mm $\Delta l \max = 10 \text{ mm}$	Classe 0,5 UNI EN ISO 9513 Classe B1 ASTM E83	
Durezza (1)	Durometri	Brinell	UNI EN ISO 6506-2 ASTM E10-08	
		Vickers	UNI EN ISO 6507-2 ASTM E92-89e2	
		Rockwell	UNI EN ISO 6508-2 ASTM 18-08b	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Il Direttore di Dipartimento