

Centro n° 160:

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE Dipartimento di Architettura, Costruzioni e Strutture

Via Brecce Bianche

60131 ANCONA (AN) - ITALIA

Telefono +39 071 22 04 337

Telefax +39 071 22 04 532

E-mail centro.taratura.istc@univpm.it

URL <http://www.univpm.it>

-

-

Responsabile:

ing. Lando Mentrasti

Sostituto:

p.i. Andrea Conti

Tabella allegata al Certificato: **160 rev. 04**

Responsabile: **ing. Lando MENTRASTI**

Sostituto: **p.i. Andrea CONTI**

Settori accreditati: **1**

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Forza (1)	Macchine prova materiali - compressione	da 200 N a 5000 kN	Classe 1 Norma UNI EN ISO 7500-1 Classe 1 Norma UNI EN 12390-4	①

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① Esclusa la taratura con flessiometro

Il Direttore di Dipartimento