

Centro n° 164:

Azienda U.S.L. 7 Siena Dipartimento Prevenzione - Laboratorio Agenti Fisici

Strada di Ruffolo

53100 Siena (SI) - ITALIA

Telefono +39 0577 53 60 97

Telefax +39 0577 53 61 04

E-mail i.pinto@usl7.toscana.it

URL

-

-

Responsabile:

dott.ssa Iole Pinto

Sostituto:

dott. Nicola Stacchini

Tabella allegata al Certificato: **164 rev. 03**

Responsabile: **dott.ssa Iole PINTO**
Sostituto: **dott. Nicola STACCHINI**
Settori accreditati: **2**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamma di frequenza	Incertezza (*)	Note
Livello di pressione acustica (1)	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,1 dB	①
	Calibratori	da 94 dB a 114 dB	250 Hz, 1 kHz	0,13 dB	
	Fonometri	124 dB da 25 dB a 140 dB	250 Hz 31,5 Hz ÷ 16 kHz	0,15 dB 0,15 ÷ 1,5 dB	
Sensibilità alla pressione acustica (1)	Microfoni a condensatore microfoni campione da 1/2" microfoni da 1/2"	124 dB 94 dB	250 Hz (31,5 ÷ 16000) Hz	0,12 dB (0,2 ÷ 1,0) dB	①

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura *k* specificato.

① L'incertezza varia in funzione della frequenza.

Il Direttore di Dipartimento