

Centro n° 178:

P&P LMC s.r.l.

Via Pastrengo, 9

24068 SERIATE (BG) - ITALIA

Telefono +39 035 32 35 761

Telefax +39 035 32 35 760

E-mail info@peplmc.it

URL <http://www.peplmc.it>

-

-

Responsabile:

ing. Alessandro Bonzi

Sostituto:

Tabella allegata al Certificato: **178 rev. 03**

Responsabile: **ing. Alessandro BONZI**

Sostituto:

Settori accreditati: **2**

Laboratorio Permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamma di frequenza	Incertezza (*)	Note
Accelerazione (2)	Catena accelerometrica e Trasduttore a singola faccia	da $0,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ a $200 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$	$0,5 \text{ Hz} \leq f \leq 5 \text{ kHz}$	$2 \cdot 10^{-2}$	
			$5 \text{ kHz} < f \leq 10 \text{ kHz}$	$3 \cdot 10^{-2}$	
	Misuratore di accelerazione	da $0,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ a $200 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$	da $0,5 \text{ Hz}$ a 10 kHz	$2 \cdot 10^{-2}$	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Il Direttore di Dipartimento