



Centro n° 179:

SUD MISURE - Centro di Taratura della Camera di Commercio di Catanzaro

Via Menniti Ippolito, 16

88100 CATANZARO (CZ) - ITALIA

**Telefono** +39 0961 88 82 85 – 88 83 32

**Telefax** +39 0961 72 12 36

**E-mail** sudmeasure@cz.camcom.it

**URL** <http://www.cz.camcom.it>

-

-

Responsabile:

ing. Domenico Cariatì

Sostituto:

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*)	Note
Massa (2)	Campioni di massa e pesi	0,001 g	$16 \cdot 10^{-3}$	
		0,002 g	$10,0 \cdot 10^{-3}$	
		0,005 g	$4,0 \cdot 10^{-3}$	
		0,01 g	$2,0 \cdot 10^{-3}$	
		0,02 g	$1,0 \cdot 10^{-3}$	
		0,05 g	$4,0 \cdot 10^{-4}$	
		0,1 g	$2,0 \cdot 10^{-4}$	
		0,2 g	$1,0 \cdot 10^{-4}$	
		0,5 g	$4,0 \cdot 10^{-5}$	
		1 g	$1,7 \cdot 10^{-5}$	
		2 g	$1,1 \cdot 10^{-5}$	
		5 g	$1,0 \cdot 10^{-5}$	
		10 g	$3,8 \cdot 10^{-6}$	
		20 g	$1,6 \cdot 10^{-6}$	
		50 g	$8,6 \cdot 10^{-7}$	
		100 g	$9,1 \cdot 10^{-7}$	
		200 g	$7,5 \cdot 10^{-7}$	
		500 g	$1,3 \cdot 10^{-6}$	
1 000 g	$9,9 \cdot 10^{-7}$			
2 000 g	$2,4 \cdot 10^{-6}$			
5 000 g	$1,3 \cdot 10^{-6}$			
10 000 g	$5,5 \cdot 10^{-6}$			
20 000 g	$5,0 \cdot 10^{-6}$			

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%.

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*) (**)	Note
Massa	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	da 1 g a 10 g da 11 g a 100 g da 101 g a 1 kg da 1,1 kg a 10 kg da 11 kg a 30 kg	$7,5 \cdot 10^{-6}$ $1,2 \cdot 10^{-6}$ $1,1 \cdot 10^{-6}$ $1,8 \cdot 10^{-6}$ $4,9 \cdot 10^{-6}$	

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%.

(\*\*) All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a  $0,29 \text{ uf}$  (unità di formato).