

Centro n° 196:

SITEC s.r.l.

Via Oleifici dell'Italia Meridionale Zona Artigianale Lotti C9/C10

70056 MOLFETTA (BA) - ITALIA

**Telefono** +39 080 33 85 842

**Telefax** +39 080 33 82 059

**E-mail** info@sitecquality.it

**URL** <http://www.sitecquality.it>

-

-

Responsabile:

ing. Mario Gesmundo

Sostituto:

sig. Domenico Russo

Tabella allegata al Certificato: **196 rev. 00**

Responsabile: **ing. Mario GESMUNDO**

Sostituto: **sig. Domenico RUSSO**

Settori accreditati: **1**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Lunghezza (1)	Blocchetti piano paralleli	fino a 100 mm	$(0,16 + 0,60 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,21 + 0,60 \cdot L) \mu\text{m}$	①

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① Si indica con *L* il valore numerico della lunghezza nominale in metri

Il Direttore di Dipartimento