

Centro n° 199:

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI IN PARMA

Via Nazionale, 121/123

84012 ANGRÌ (SA) - ITALIA

Telefono +39 081 51 33 711

Telefax +39 081 51 33 721

E-mail laboratoriometrologico@ssica.it

URL

-

-

Responsabile:

ing. Giuseppe Dipollina

Sostituto:

p.i. Roberto Loiudice

Tabella allegata al Certificato: **199 rev. 01**

Responsabile: **ing. Giuseppe DIPOLLINA**

Sostituto: **p.i. Roberto LOIUDICE**

Settori accreditati: **2**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Temperatura (2)	Termometri a resistenza di platino	da -30°C a 0°C	0,12 °C	①
		da 0°C a 100°C	0,10 °C	
		da 100°C a 250°C	0,12 °C	
	Catene termometriche - termometri a resistenza	da -30°C a 0°C	$2\sqrt{0,06^2 + u_{ris}^2}$ °C	
		da 0°C a 100°C	$2\sqrt{0,05^2 + u_{ris}^2}$ °C	
		da 100°C a 250°C	$2\sqrt{0,06^2 + u_{ris}^2}$ °C	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① u_{ris} è il contributo di incertezza dovuto alla risoluzione dello strumento.

Il Direttore di Dipartimento