



Centro n° 205:

LSI LASTEM s.r.l.

Via Ex S.P. 161 Dosso, 9

20090 SETTALA (MI) - ITALIA

Telefono +39 02 95 41 41

Telefax +39 02 95 77 05 94

E-mail info@lsi-lastem.it

URL <http://www.lsi-lastem.it>

-

-

Responsabile:

sig. Ernesto Consiglio

Sostituto:

sig. Fabio Bellaviti

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Temperatura (2)	Termometri a resistenza di platino	da -30°C a 0°C da 0°C a 120°C	0,2 °C 0,1 °C	
	Catene termometriche - termometri a resistenza	da -30°C a 0°C	$2\sqrt{0,2^2 + u_{ris}^2}$ °C	①
		da 0°C a 120°C	$2\sqrt{0,1^2 + u_{ris}^2}$ °C	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① u_{ris} è il contributo di incertezza dovuto alla risoluzione dello strumento.