

Centro n° 206:

MICROSERVICE s.r.l.

Via Monterosa, 31/A

10091 ALPIGNANO (TO) - ITALIA

Telefono +39 011 96 82 524

Telefax +39 011 011/96 85 975

E-mail segreteria@micro3d.it

URL <http://www.micro3d.it>

-

-

Responsabile:

ing. Gianfranco Costelli

Sostituto:

p.i. Marco Zancanaro

Tabella allegata al Certificato: **206 rev. 01**

Responsabile: **ing. Gianfranco COSTELLI**

Sostituto: **p.i. Marco ZANCANARO**

Settori accreditati: **1**

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Lunghezza (1)	<p>Macchine di misura a coordinate (CMM) – verifiche di prestazioni secondo la UNI EN ISO 10360-2:2005</p> <p>-errore di indicazione per le misure di dimensione alla temperatura di 20 °C</p> <p>errore di indicazione per le misure di dimensione alla temperatura di 25 °C</p> <p>-errore del sistema tastatore:</p>	Diagonale maggiore del volume di verifica ≤ 1515 mm	<p>$0,2 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} L$</p> <p>$0,2 \mu\text{m} + 6,0 \cdot 10^{-6} L$</p> <p>$0,2 \mu\text{m}$</p>	<p>①</p> <p>①</p>

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① Si indica con *L* la lunghezza nominale espressa in micrometri.

Il Direttore di Dipartimento