



Centro n° 209:

Istituto Sperimentale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato

Via di Portonaccio, 175

00159 ROMA (RM) - ITALIA

Telefono +39 06 43 26 34 94

Telefax +39 06 43 26 32 65

E-mail p.moreschini@rfi.it

URL

-

-

Responsabile:

ing. Pietro Moreschini

Sostituto:

p.i. Roberto Gizzi

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Forza	Macchine di prova materiali - compressione	da 49 N a 1 MN	Classe 0,5 UNI ISO 7500/1	①
		da 1 MN a 5 MN	Classe 1 UNI ISO 7500/1	
		da 49 N a 5 MN	Classe 1 UNI ISO 12390/4	
	- trazione	da 49 N a 200 kN	Classe 0,5 UNI ISO 7500/1	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%.

① Esclusa la taratura con flessiometro.