

Centro n° 219:

ZM INSTRUMENTS s.r.l.

Via Torino, 14

20010 BAREGGIO (MI) - ITALIA

**Telefono** +39 02 90 27 68 70

**Telefax** +39 02 90 36 12 49

**E-mail** r.belviso@zminstruments.com

**URL**

-

-

Responsabile:

dott. Lucio Fialdini

Sostituto:

sig. Giorgio Zambelli

Tabella allegata al Certificato: **219 rev. 00**

Responsabile: **dott. Lucio FIALDINI**

Sostituto: **sig. Giorgio ZAMBELLI**

Settori accreditati: **3**

Laboratorio permanente

**TABELLA DI ACCREDITAMENTO**

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Portata in volume (2)	Flussimetri o Misuratori massici di tipo termico con incorporato regolatore della portata di gas (MFC); Flussimetri o Misuratori massici di portata di gas di tipo termico (MFM)	da 5 mL/min a 50000 mL/min	0,4%	① ②
	Flussimetri a pistone scorrevole	da 10 mL/min a 50000 mL/min	0,4%	①
Volume (1)	Contatori volumetrici di gas per portate da 2 L/min a 50 L/min	da 140 L a 200 L	0,5%	①

(\*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%:

① Tarature in azoto ed in aria

② Portata in volume alle seguenti condizioni di riferimento: 0 °C e 101325 Pa

Il Direttore di Dipartimento