

Centro n° 221:

Po.T.T.eR. s.a.s. di Papa Costantino

Via Ilioneo, 91A

80124 NAPOLI (NA) - ITALIA

Telefono +39 081 19 56 79 71

Telefax +39 081 21 41 793

E-mail info@consulenzeambientali.it

URL

-

-

Responsabile:

sig. Augusto Papa

Sostituto:

Tabella allegata al Certificato: **221 rev. 00**

Responsabile: **sig. Augusto Papa**

Sostituto:

Settori accreditati: **2**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO SIT

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)	Note
Livello di pressione acustica (1)	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,15 dB	
	Calibratori acustici Calibratori multifrequenza	da 90 dB a 114 dB da 94 dB a 114 dB	da 250 Hz a 1000 Hz da 31,5 Hz a 16000 Hz	0,12 dB da 0,12 a 0,30 dB	⊙
	Fonometri	da 20 dB a 145 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,13 a 1,2 dB	⊙
Sensibilità assoluta alla pressione acustica (1)	Microfoni a condensatore	114 dB	250 Hz	0,40 dB	
	Microfoni campione da 1/2" Microfoni WS2	114 dB	250 Hz	0,40 dB	

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.

⊙L'incertezza dipende dalla frequenza.

Il Direttore di Dipartimento