

Centro n° 223:

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia- Laboratorio di Metrologia

Corso Calatafimi, 219

90129 PALERMO (PA) - ITALIA

Telefono +39 320 4391320

Telefax +39 320 091/6574146

E-mail metrologia@arpa.sicilia.it

URL

-

-

Responsabile:

dott. Michele Fiore

Sostituto:

dott.ssa Giuseppina Marino

Tabella allegata al Certificato: **223 rev. 00**

Responsabile: **dott. Michele FIORE**
Sostituto: **dott.ssa Giuseppina MARINO**
Settori accreditati: **2**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*) relativa	Note
Massa (2)	Campioni di massa e pesi	0,001 g	$2,00 \cdot 10^{-3}$	
		0,002 g	$1,00 \cdot 10^{-3}$	
		0,005 g	$4,00 \cdot 10^{-4}$	
		0,01 g	$2,50 \cdot 10^{-4}$	
		0,02 g	$1,50 \cdot 10^{-4}$	
		0,05 g	$8,00 \cdot 10^{-5}$	
		0,1 g	$5,00 \cdot 10^{-5}$	
		0,2 g	$3,00 \cdot 10^{-5}$	
		0,5 g	$1,60 \cdot 10^{-5}$	
		1 g	$1,00 \cdot 10^{-5}$	
		2 g	$5,00 \cdot 10^{-6}$	
		5 g	$3,00 \cdot 10^{-6}$	
		10 g	$2,00 \cdot 10^{-6}$	
		20 g	$1,25 \cdot 10^{-6}$	
		50 g	$6,00 \cdot 10^{-7}$	
		100 g	$5,00 \cdot 10^{-7}$	
		200 g	$5,00 \cdot 10^{-7}$	
500 g	$5,00 \cdot 10^{-7}$			
1 000 g	$5,00 \cdot 10^{-7}$			
2000 g	$5,00 \cdot 10^{-7}$			

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Tarature esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*) (**)	Note
Massa	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	da 1 mg a 1 g da 1 g a 10 g da 10 g a 100 g da 100 g a 1 kg da 1 kg a 3,5 kg	1,00·10 ⁻⁵ 2,00·10 ⁻⁶ 5,00·10 ⁻⁷ 5,00·10 ⁻⁷ 5,00 10 ⁻⁷	

(*)L' incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

(**) All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a 0,29 *uf* (unità di formato).

Il Direttore di Dipartimento